


**Rozmiar I (cm)**
**Rozmiar II (cm)**

		<b>Rozmiar I (cm)</b>	<b>Rozmiar II (cm)</b>
1	Wysokość siedziska (SH)	62	62
2	Długość pleców (BH)	61	74
3	Długość podstawy (BL)	106	112
4	Szerokość podstawy (BW)	69	77
5	Wysokość podnóżków (FH)	32÷42	35÷49
6	Długość podnóżków (FL)	28	32
7	Średnica koła tylniego (RW)	25	25
8	Średnica koła przedniego (FW)	14	14
9	Głębokość siedziska (SD)	36÷50	50÷64
10	Szerokość siedziska (SW)	27÷40	34÷45
11	Kąt regulacji platformy (FA)	+/-14 <sup>0</sup>	+/-14 <sup>0</sup>
12	Wychylenie do tyłu (TA)	7 <sup>0</sup>	7 <sup>0</sup>
13	Wysokość podpaszek (LH)	33÷49	34÷50
14	Wysokość urządzenia w pozycji spoczynkowej (DH)	120	130
15	Wysokość urządzenia w pozycji spionizowanej (DH1)	172	200
16	Waga urządzenia	57 kg	67kg
17	Maksymalna waga pacjenta	90kg	90kg