

## Opinia o wyrobie medycznym wytwarzanym przez LIW Care Technology sp. z o.o.

Urządzenie Baffin *Automatic* produkowane przez firmę Liw Care  
Technology sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest użytkowane przez naszego  
podopiecznego od *3 lat* (data).

Zastosowane unikatowe rozwiązania w urządzeniu umożliwiły  
dostosowanie do warunków anatomicznych, umożliwiły korekcję *mięśni* oraz  
zapewniły stabilizację na poziomie *costera lator*.

Dziecko z rozpoznaniem *tetraplegii spastycznej*  
korzystało ze sprzętu w ramach zajęć *edukacyjnych, topopedycznych*  
*pedagogicznych, rehabilitacji oraz sportowych (z tym samym)*  
prowadzonych w naszym ośrodku oraz wykorzystywane było do pionizacji  
(wykreślić przy foteliku rehabilitacyjnym Neosit).

Podczas użytkowania sprzętu zauważyliśmy następujące zmiany u naszego  
pacjenta: *wysokie rozdźwięki i zmniejszenie*  
*mapięcia w kostkach, g. r. i dolnych mostki*  
*obserwacji obciążenie z perspektywy pozycji siedzącej,*  
*zwiększenie poprawy jakości przyjmowanie posiłków przez*  
*podopiecznego*  
Zastosowane rozwiązania poprawiły komfort pracy z dzieckiem.

W wyżej wymienionym okresie nie odnotowano żadnych sytuacji  
zagrożających bezpieczeństwu użytkownika sprzętu, nie wydarzył się  
żaden wypadek wynikający z wady lub złej konstrukcji wyrobu  
medycznego.

Rehabilitant:

*Beata Uzyndra*

Dyrekcja ośrodka:  
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-  
Wychowawczego w Brodnie Nowym  
*mgr Lena Szwajcka*



## Opinia o wyrobie medycznym wytwarzanym przez LIW Care Technology sp. z o.o.

Urządzenie Baffin *Automatycznie* produkowane przez firmę Liw Care  
Technology sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest użytkowane przez naszego  
podopiecznego od .....*3 lat*.....(data).

Zastosowane unikatowe rozwiązania w urządzeniu umożliwiły  
dostosowanie do warunków anatomicznych, umożliwiły korekcję .....*skoliozy*.....  
zapewniły stabilizację na poziomie .....*obrotu biodrowej*.....

Dziecko z rozpoznaniem *nieograniczone porażenie dziecięce*  
korzystało ze sprzętu w ramach zajęć .....*edukacyjnych,*.....  
.....*logopedycznych, psychologicznych*.....  
prowadzonych w naszym ośrodku oraz wykorzystywane było do pionizacji  
(wykreślić przy foteliku rehabilitacyjnym Neosit).

Podczas użytkowania sprzętu zauważyliśmy następujące zmiany u naszego  
pacjenta: .....*Jest to jedyna forma przyjmowania*  
.....*pozycji siedzącej i stania w niej*  
.....*co pozwoliło na prowadzenie zajęć.*.....

Zastosowane rozwiązania poprawiły komfort pracy z dzieckiem.

W wyżej wymienionym okresie nie odnotowano żadnych sytuacji  
zagrożających bezpieczeństwu użytkownika sprzętu, nie wydarzył się  
żaden wypadek wynikający z wady lub złej konstrukcji wyrobu  
medycznego.

Rehabilitant:

Dyrekcja ośrodka:

*Lewandowska*

F I Z J O M E D  
Renata Lewandowska  
Gawrych Ruda 109, 16-402 Suwałki  
tel. 0 607 222 203  
NIP 844-118-89-88 REGON 200147004

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-  
Wychowawczego w Brodzie Nowym  
*mgr Irena Świącka*



## Opinia o wyrobie medycznym wytwarzanym przez LIW Care Technology sp. z o.o.

Urządzenie Baffin Trio..... produkowane przez firmę Liw Care  
Technology sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest użytkowane przez naszego  
podopiecznego od 3 lat.....(data).

Zastosowane unikatowe rozwiązania w urządzeniu umożliwiły  
dostosowanie do warunków anatomicznych, umożliwiły korekcję mięśniową..... oraz  
zapewniły stabilizację na poziomie odwrotu przeciwko dółce.....

Dziecko z rozpoznaniem MPD, niedostad aksonalno-aksonalny  
korzystało ze sprzętu w ramach zajęć z piłki nożnej, akrobacji, stepa  
logopedycznych, rehabilitacji.....  
prowadzonych w naszym ośrodku oraz wykorzystywane było do pionizacji  
(wykreślić przy foteliku rehabilitacyjnym Neosit).

Podczas użytkowania sprzętu zauważyliśmy następujące zmiany u naszego  
pacjenta: poprawa jakości pracy siedzącej z mostkiem  
korzystając z wzmocnienia fotela - demu na pierwszym poziomie  
poprawa wstawienia fotela względem fotela (zmniejszenie  
znacznej posturalnej próżni)

Zastosowane rozwiązania poprawiły komfort pracy z dzieckiem.

W wyżej wymienionym okresie nie odnotowano żadnych sytuacji  
zagrożających bezpieczeństwu użytkownika sprzętu, nie wydarzył się  
żaden wypadek wynikający z wady lub złej konstrukcji wyrobu  
medycznego.

Rehabilitant:

Beata Wysocka

Dyrekcja ośrodka:  
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-  
Wychowawczego w Brodzie Nowym  
mgr Irena Zwiacka



## Opinia o wyrobie medycznym wytwarzanym przez LIW Care Technology sp. z o.o.

Urządzenie Baffin *neoSit*..... produkowane przez firmę Liw Care  
Technology sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest użytkowane przez naszego  
podopiecznego od *1 roku*.....(data).

Zastosowane unikatowe rozwiązania w urządzeniu umożliwiły  
dostosowanie do warunków anatomicznych, umożliwiły korekcję *skoliozy*..... oraz  
zapewniły stabilizację na poziomie *obrotu biodrowej i barkowej*  
*oraz głowy*.....

Dziecko z rozpoznaniem  *zespołu wad genetycznych*  
korzystało ze sprzętu w ramach zajęć *edukacyjnych*  
*logopedycznych*..... *psychologicznych*  
.....  
prowadzonych w naszym ośrodku oraz wykorzystywane było do pionizacji  
(wykreślić przy foteliku rehabilitacyjnym Neosit).

Podczas użytkowania sprzętu zauważyliśmy następujące zmiany u naszego  
pacjenta: *Sprzęt umożliwił symetryczny siedl,*  
*poprawił kontrolę głowy. Umożliwił*  
*uczestnictwo dziecka w zajęciach grupowych*  
.....

Zastosowane rozwiązania poprawiły komfort pracy z dzieckiem.

W wyżej wymienionym okresie nie odnotowano żadnych sytuacji  
zagrożających bezpieczeństwu użytkownika sprzętu, nie wydarzył się  
żaden wypadek wynikający z wady lub złej konstrukcji wyrobu  
medycznego.

Rehabilitant:

*Lewandowska*  
.....  
F I Z J O M E D  
Renata Lewandowska  
Gawrych Ruda 109, 16-402 Suwałki  
tel 0 607 222 203  
NIP 844-118-89-88 REGON 200147004

Dyrekcja ośrodka:  
D Y R E K T O R  
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-  
Wychowawczego w Brodnie Nowym  
.....  
*mgr Renata Sibiacka*