



Łódź, dnia 18.11.2024

UWAGA

Komunikat do wszystkich użytkowników zestawu montażowego wózka do roweru (dyszel) do wózka inwalidzkiego specjalnego Hiro Buggy:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na otrzymane od jednego z klientów zgłoszenie dotyczące mocowania rowerowego do wózka inwalidzkiego specjalnego Hiro Buggy (dalej: „**Mocowanie rowerowe**”), LIW Care Technology sp. z o.o. (dalej: „**Spółka**”) wyjaśnia co następuje:

- Mocowanie rowerowe nie zostało zakwalifikowane przez Spółkę jako wyposażenie wyrobu medycznego i tym samym w stosunku do mocowania nie przeprowadzono oceny zgodności z wymaganiami stawianymi dla wyposażenia wyrobów medycznych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (dalej: „MDR”);
- Mocowanie rowerowe spełnia wymagania normy ISO 15918 Rowery, przyczepy rowerowe, wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
- Mocowanie rowerowe nie może być używane jako wyposażenie wyrobu medycznego wózka inwalidzkiego Hiro Buggy;
- Powyższa niezgodność nie ma wpływu na bezpieczeństwo wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego Hiro Buggy używanego bez ww. wyposażenia.

W celu otrzymania dalszych instrukcji dotyczących postępowania z wózkiem inwalidzkim Hiro Buggy z dodatkowym wyposażeniem w postaci mocowania rowerowego prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu: 509 089 816, drogą mailową na adres reklamacje@liwcare.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul Golfowa 7, 94-406 Łódź

LIW Care Technology Sp. z o.o.

ul. Golfowa 7, 94 - 406 Łódź

www.liwcare.pl

tel. +48 42 212 35 18, e-mail: biuro@liwcare.pl

NIP: 729 266 53 87, REGON: 100715121, **kapitał zakładowy:** 2 782 900,00 PLN